

开封市疾病预防控制中心 X 射线质量评估系统及配套模体采购项目中标结果公示

高达建设管理发展有限责任公司受开封市疾病预防控制中心的委托，就开封市疾病预防控制中心 X 射线质量评估系统及配套模体采购项目进行公开招标，于 2026 年 05 月 12 日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。中标候选人公示期满后，定标委员会按照定标原则、方法和程序，于 2026 年 05 月 21 日在开封市公共资源交易中心定标室通过核查随机法进行定标。现将本次中标结果公示如下：

一、招标项目说明：

- 1、项目名称：开封市疾病预防控制中心 X 射线质量评估系统及配套模体采购项目
- 2、项目编号：GD-KF-20260113
- 3、招标方式：公开招标
- 4、预算金额：575000.00 元
- 5、资金来源：财政资金
- 6、供货地点：开封市疾病预防控制中心指定地点
- 7、采购内容：开封市疾病预防控制中心 X 射线质量评估系统及配套模体采购，设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务等。（详见招标文件采购需求）；
- 8、供货期：自合同签订之日起 15 日历天内；
- 9、质保期：三年；
- 10、质量要求：符合国家及行业现行标准且满足采购人使用需求；
- 11、招标范围：招标文件规定的所有内容；
- 12、标段划分：本项目共一个标段；
- 13、是否接受进口产品：否

二、标段划分情况

标段名称：第一标段：开封市疾病预防控制中心 X 射线质量评估系统及配套模体采购项目

招标控制价：575000.00 元

三、开标、评标、定标时间

开标时间：2026 年 5 月 12 日 09 时 25 分

评标时间：2026 年 5 月 12 日 10 时 40 分

定标时间：2026 年 05 月 21 日 15 时 00 分

四、评标委员会、定标委员会成员名单

评标委员会成员名单：张峰、毛兴玲、范世明、孙记章、郭荣昭。

定标委员会成员名单：巩飏、宋子欣、李聪敏、李明源、张六成。

五、核查信息

核查内容：在定标会议前，由定标委员会对中标候选人进行定标核查，核查内容包括资格要求、采购需求（产品技术参数）、企业业绩、认证证书、整体方案、供货方案、培训计划及方案、质量监督与控制计划、备品备件、售后服务方案、优惠承诺等招标文件规定的其他内容。

核查结果：经核查，国药集团河南省医疗器械有限公司提供的“X 射线多功能检测仪 3.1、拍片透视探头 剂量率量程：20nGy/s-500mGy/s”，不满足招标文件中要求“剂量率量程： $\geq 1nGy/s-500mGy/s$ ”，不符合（10）采购需求（产品技术参数）要求，故该公司未通过核查。

最终通过定标核查的投标人名单：武汉碧海云天科技股份有限公司、深圳舜威科技有限公司、天津泓德科技有限公司、郑州波尔登防护用品有限公司

六、中标人信息情况

中标人全称：深圳舜威科技有限公司

中标价格：569900.00 元

质量要求：自合同签订之日起 15 日历天内

供货期：符合国家及行业现行标准且满足采购人使用需求

七、公示时间

2026 年 05 月 22 日至 2026 年 05 月 24 日。

八、发布媒介

本次结果公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

九、提出异议的渠道和方式

根据汴公管办（2020）13 号文规定，若投标人对上述结果有异议，可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议，逾期将不再受理，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的，异议人可在公示之日起 10 日内（异议答复期间不计算在内）在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。（在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求。）监督部门：开封市卫生健康委员会，联系电话：0371-23861536。

十、联系方式

招标人：开封市疾病预防控制中心

地址：开封市汉兴路 155 号

联系人：王先生

联系电话：0371-23886153

代理公司：高达建设管理发展有限责任公司

地址：安阳市城乡一体化示范区双创科技中心 C 区 4 层

联系人：王先生

联系方式：19137802211

监督部门：开封市卫生健康委员会

联系电话：0371-23861536

