

开封市中心医院新院区急诊科设备供应链公司遴选项目 变更公告

一、项目基本情况

- 1、项目名称：开封市中心医院新院区急诊科设备供应链公司遴选项目
- 2、项目编号：DHKF-20260501

二、变更内容

- 1、原招标文件：第六章采购清单及要求中：

序号	设备名称	招标参数	台/套
40	心电图机 (含推车)	<p>移动护理工作站</p> <p>整车材质： ★铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料，车体表面抑菌处理,方便清洁,面板采用医用级的ABS抑菌材料,耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。</p> <p>工作台面： 使用高光抑菌材料,耐受医院常用消毒剂:为防止物品掉落及液体渗漏,工作台面有凹型围挡,且凹型围挡与工作台面一体成型。</p> <p>扩展工作台面： 隐藏在车体内,使用时可以从车体侧面拉出,为方便悬挂输液袋、胶片带等日常使用物品,把手为弧形结构设计,把手与台面相互独立,非全闭环一体设计。</p> <p>抽屉特性： 多种高度抽屉规格,插片式分区,可放置不同高度的耗材和工具。 抽屉：不少于四层，第一层键盘层。</p> <p>一体机电脑支架： 一体机电脑支架旋转角度:左右旋转 220°，仰角 30°，俯角 5°，支架支持悬停升降</p> <p>脚轮： ★医疗级脚轮、超静音、防滑、防缠绕，双排轮，双踏板、4个万向轮：其中2个前轮带刹车功能</p> <p>配件： 手消毒液支架*1 锐器盒支架*1 储物盒*2 垃圾桶*2</p> <p>电气参数： 一体机电脑 显示屏：≥23.8寸高清IPS液晶屏超薄无边框，分辨率 1920×1080，带音响输出； CPU：版本不低于 Intel i5 内存不小于 8GB 硬盘不小于 250GB 操作系统：支持 Win7 / 8 / 10/11 网络：支持 802.11 ac/a/b/g/n，双频无线；千兆有线网口*1</p>	9

	电池 充放电循环次数：不低于 2000 次，具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 充电时间 不高于 6 小时，持续使用不低于 8 小时 带电量指示灯 环境 工作温度-10℃至+40℃ 工作湿度≤80%（非冷凝） 存储温度-20℃至+55℃ 存储湿度 20%至 93% ★要求整机质保≥五年。	
--	---	--

现变更为：

序号	设备名称	招标参数	台/套
40	心电图机 (含推车)	1. 基础性能要求 ★1.1 导联模式：至少支持 12 导联同步采集 1.2 可扩展至 18 导联（如用于复杂心律失常诊断）。 ★1.3 采样率：≥30000Hz，确保高精度信号捕捉。 ★1.4 抗干扰能力：共模抑制比≥120dB，配备 50Hz/60Hz 交流滤波、25Hz/45Hz 肌电滤波、0.15Hz 漂移滤波；耐极化电压：在±800 mV 直流极化电压下，灵敏度变化不超过 5%。 1.5 显示屏：8-10 英寸彩色触摸屏，支持波形实时显示与冻结功能。 ★1.6 分析功能：内置辅助诊断算法，支持自动测量、智能分析 100+ 种心电图异常事件（如房颤、室颤等），准确率≥95%。 1.7 存储容量：≥1000 份病例存储，支持 USB/4G/蓝牙数据传输及云平台对接。 1.8 系统集成：支持数据无缝对接医院所有信息系统，提升急救流程效率。 1.9 续航能力：内置锂电池，连续工作≥10 小时。 ★1.10 所有信息化端口均免费开放。 ★1.11 标配可移动台车 2. 高级功能要求 2.1 危急预警：支持 AI 实时监测并触发高危事件警报（如 ST 段抬高、心脏停搏）。 2.2 远程协作：兼容医院心电网络系统，支持数据实时上传至云端，实现远程会诊。 2.3 消毒兼容：机身及电极片接口耐酒精、含氯消毒剂，符合院感要求。 ★3、质保与售后 3.1 整机质保≥五年。 3.2 半年内返厂维修，更换新机；一年内返厂维修 2 次及以上，退货退款。 3.3 维修期间提供同型号备用机。	9

