

| | |
|------|---|
| 6 | 30°腹腔镜 1 根 |
| *6.1 | 直径 10mm，长度 310mm，超广角，集成光纤传输，可高温高压，蓝宝石镜面，专利的柱状晶体技术，镜体带有专利标识，需提供实物或图片证明 HOPKINS II 标准，中心分辨率 ≥ 20 lp/mm。 |
| 7 | 智能高频电刀 1 台 |
| 7.1 | 全外科电刀，具有专业腔镜模式，功率输出 $\geq 300W$ ，具有纯切、混切、凝血、双极电凝模式。 |
| 7.2 | 具备 300W 高功率的智能型输出控制。 |
| 8 | 内窥镜专用台车 1 台。 |
| 8.1 | 立体分层，防静电干扰。 |
| 9 | 超细型宫腔检查镜 1 套 |
| *9.1 | 30° 光学镜，HOPKINS II 柱状晶体国际标准，外径 2.9mm，长度 24cm，带灌流通道。连续灌流操作鞘，外径仅 4.4mm，长 16cm，处于被动位置时，进入宫腔的外径仍然为 2.9mm，可通过 5Fr 的器械及通液管。 |
| 9.2 | 配 5Fr 活检抓钳 1 把、剪刀 1 把。 |
| ★二 | 技术及售后服务 |
| 1 | 整机质保期不少于 2 年（提供厂家保修承诺），在质保期内每月由维修工程师提供至少 2 次的上门维护保养工作 |
| 2 | 设备出现故障时 30 分钟内响应，2 小时内到达现场，本地区有常驻工程师，提供工程师资质证书及联系方式。河南省至少有六名以上的资深专业工程师提供服务，需提供专业工程师资质证书及联系方式。 |
| 3 | 为操作者提供学习及培训，提供操作人员适当数量器械及耗材。 |
| 三 | 配置要求 |
| (一) | 原装进口 |
| 1 | 超高清摄像主机系统 1 套（含高清刻录工作站） |
| 2 | 全数字全高清摄像头 1 个 |
| 3 | 300W 氙灯冷光源 1 台 |
| 4 | 医用高清监视器 1 台 |