开封市妇幼保健院医疗设备采购项目变更公告

河南清鸿建设咨询有限公司受开封市妇幼保健院委托，就开封市妇幼保健院医疗设备采购项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的单位参加投标。

一、招标项目名称及编号：

1. 项目名称：开封市妇幼保健院医疗设备采购项目

2. 招标编号：QHZB-2018-066

二、变更内容：

1、原“电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间 2019 年 2 月 14 日 9 时 30 分。”现变更为“电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间 2019 年 2 月 28 日 9 时 30 分。”

2、原 A 包：超高清宫腹腔镜影像平台系统文件“第七章 技术要求及参数”

一	技术参数要求
1	摄像主机系统 1 套
*1.1	输出分辨率支持 1920x1080P，逐行扫描。具备高清刻录工作站功能，可术中记录 1920x1080P 全高清录像及 1920x1080 高清图片。
1.2	最小照度≤1.0lux，信噪比≤50dB;
*1.3	主机内有两个图像处理器，能够同时处理两路图像信号。
*1.4	模块升级可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示；可升级 3D 系统。能连接至少 6 种以上的高清摄像头，包含全高清显微镜摄像头。模块化设计，按需配置，紧贴临床需求，可扩展功能模块，可升级，节约医院成本。
1.5	可通过画中画功能实现至少 4 种同屏显示模式。
1.6	至少 2 种纤维镜图像优化功能。
1.7	术野画面可实现上下、左右及 180° 翻转功能。
1.8	通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，能实现与一体化手术室无缝连接。
*1.9	≥4 个 USB 接口，用于升级、刻录，连接键盘鼠标等。
1.10	电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设备。
2	全数字、超高清摄像头 1 个