

专家论证意见表

项目名称	杞县人民医院 128 排 CT 球管采购项目		
采购单位	杞县人民医院		
代理机构	杞县公共资源交易服务所		
专家论证意见	球管为 CT 的核心部件，且 CT 球管与整机产品匹配是有唯一性，该设备构造精密结构复杂，设备球管需要与原设备系统兼容，可保证原设备稳定性、高安全性以及高精度，必须使用原装球管。河南一粒米医疗科技有限公司是本项目原厂唯一授权供应商，符合《中华人民共和国政府采购法》第 31 条规定，故该项目采用单一来源方式采购。		
专家签字	何明	论证时间	2025.7.22.