

专家论证意见表

项目名称	杞县人民医院 128 排 CT 球管采购项目		
采购单位	杞县人民医院		
代理机构	杞县公共资源交易服务所		
专家论证意见	1. 该CT设备为精密设备,技术含量高.球管是设备正常运行的主要部件,应与原设备整体兼容,才能保证高效稳定. 2. 球管为CT核心部件,与整体设备保持一致的品牌,确保后期整体运行安全,升级及售后服务运维的便捷. 3. 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第三款以及《国家食品药品监督管理总局》18号第二章,第十条规定:必须保证原有采购项目一致性或者配套的要求. 根据以上观点,建议使用单一来源采购与原设备同厂家品牌的部件. 由于河南一粒医疗科技股份有限公司拥有唯一授权,建议从该公司采购.		
专家签字	鲁河	论证时间	2025.7.22.