

# 通许县妇幼保健院医疗设备采购一批项目

## 竞争性谈判文件

项目编号：汴通财货物竞争性谈判-2022-013



采 购 人：通许县妇幼保健院

代理机构：河南圣标工程管理有限公司

日 期：二 〇 二 二 年 十 一 月

## 招标文件编制的委托与批准

我单位拟通许县妇幼保健院医疗设备采购一批项目招标工作现委托河南圣标工程管理有限公司负责组织代理招标，代理单位编制的招标文件我们确认。

建设单位（招标人）：\_\_\_\_\_（盖章）



2022年11月21日

我单位受通许县妇幼保健院的委托，负责通许县妇幼保健院医疗设备采购一批项目，现已完成招标文件编制工作。

招标代理单位：\_\_\_\_\_



2022年11月21日

本招标文件备案已通过。



（盖章）

2022年11月21日

# 目 录

第一章 谈判公告 .....	1
第二章 供应商须知.....	4
第三章 谈判办法 .....	19
第四章 合同条款及格式.....	23
第五章 货物需求及技术规格要求.....	28
第六章 谈判响应文件格式 .....	36
第七章 政府采购政策.....	48

# 第一章 谈判公告

## 通许县妇幼保健院医疗设备采购一批项目 竞争性谈判公告

### 项目概况

通许县妇幼保健院医疗设备采购一批项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站获取竞争性谈判文件，并于2022年11月28日10时00分（北京时间）前递交响应文件。

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：汴通财货物竞争性谈判-2022-013
- 2、项目名称：通许县妇幼保健院医疗设备采购一批项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：1300000 元

最高限价：1300000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	汴通财货物竞争性谈判-2022-013	通许县妇幼保健院医疗设备采购一批项目	1300000.00	1300000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：新生儿辐射保暖台、急救药品柜或车（内放急救设备药品）、超声多普勒胎心心率设备、超声多普勒胎儿监护设备、床旁监护系统、微电脑电动注药泵、微量注射泵、数字化摄影 X 射线机、新生儿暖箱、新生儿经皮黄疸测试仪（详见竞争性谈判文件）。

5.2 资金来源：专项资金

5.3 质量标准：合格，符合国家现行相关行业标准

5.4 交货地点：采购人指定地点

5.5 供货时间：合同签订后 15 日历天

5.6 质保期：一年

6、合同履行期限：按照合同约定

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、供应商的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：  
本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3. 本项目的特定资格要求：
  - 3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照且经营范围包含本次采购相关内容）。
  - 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供 2021 年财务审计报告，成立不满一年的公司从成立之日起，按实际情况提供。提供开户银行出具的资信证明，开具时间距开标不超过 60 个日历天。）
  - 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面承诺，格式自拟）
  - 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供 2022 年 1 月 1 日以来任意 1 个月的社保及税收缴纳证明材料，属于免税对象的企业，请提供免税证明。）
  - 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面承诺，格式自拟）
  - 3.6 法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；
  - 3.7 供应商是生产厂家的须具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或（第二类医疗器械经营备案凭证）；供应商是代理商的须具有《医疗器械经营许可证》或（第二类医疗器械经营备案凭证）；
  - 3.8 各供应商不得存在财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标单位应通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供以上查询截图（须附在投标文件中，查询日期不得早于招标公告发布之日）。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2022 年 11 月 23 日上午 9:00 至 2022 年 11 月 25 日下午 17:00，（北京时间，法定节假日除外）
2. 地点：开封市公共资源交易信息网
3. 方式：供应商须注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，凭 CA 密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载竞争性谈判文件及资料。（详见 <http://www.kfsggzyjyw.cn> 办事指南-操作规程）。供应商未按规定下载电子采购文件的，其响应文件将被拒绝。

4. 售价：0 元

### 四、响应文件提交

1. 时间：2022 年 11 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：响应文件须在响应文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站 (<http://www.kfsggzyjyw.cn/kfsggzy/>) 会员系统中本项目投标文件加密上传。

#### 五、响应文件开启

1. 时间：2022 年 11 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：通许县政务服务中心 4 楼第一开标室（通许县裕丰路西段南侧）。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，公告期限为三个工作日 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 25 日。

#### 七、其他补充事宜

1、获取招标文件后，投标人请到登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版投标文件制作电子投标文件。请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心和公司 CA 密钥推送信息；

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市通许县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：通许县妇幼保健院

地址：通许县文卫路与上海路交叉口东 30 米

联系人：徐先生

联系方式：13837882583

##### 2. 采购代理机构信息(如有)

名称：河南圣标工程管理有限公司

地址：开封市晋河花园

联系人：张先生

联系方式：13783785799

##### 3. 监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

电话：0371—22305031

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：通许县妇幼保健院 地址：通许县文卫路与上海路交叉口东 30 米 联系人：徐先生 联系方式：13837882583
2	采购代理机构	名称：河南圣标工程管理有限公司 地址：开封市晋河花园 联系人：张先生 联系方式：13783785799
3	项目名称	通许县妇幼保健院医疗设备采购一批项目
4	交货地点	采购人指定地点
5	资金来源	专项资金
6	资金落实情况	已落实
7	采购内容	新生儿辐射保暖台、急救药品柜或车（内放急救设备药品）、超声多普勒胎儿心率设备、超声多普物胎儿监护设备、床旁监护系统、微电脑电动注药泵、微量注射泵、数字化摄影 X 射线机、新生儿暖箱、新生儿经皮黄疸测试仪（详见竞争性谈判文件）
8	供货时间	合同签订后 15 日历天
9	质量要求	合格，符合国家现行相关行业标准
10	质保期	一年
11	付款方式	中标人中标后支付 30%，供货完成验收合格后支付 65%，剩余 5%，于质保期满后无质量问题后付清。
12	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照且经营范围包含本次采购相关内容）。 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供 2021 年财务审计报告，成立不满一年的公司从成立之日起，

		<p>按实际情况提供。提供开户银行出具的资信证明，开具时间距开标不超过 60 个日历天。）</p> <p>3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面承诺，格式自拟）</p> <p>3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供 2022 年 1 月 1 日以来任意 1 个月的社保及税收缴纳证明材料，属于免税对象的企业，请提供免税证明。）</p> <p>3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面承诺，格式自拟）</p> <p>3.6 法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；</p> <p>3.7 供应商是生产厂家的须具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或（第二类医疗器械经营备案凭证）；供应商是代理商的须具有《医疗器械经营许可证》或（第二类医疗器械经营备案凭证）；</p> <p>3.8 各供应商不得存在财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标单位应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供以上查询截图（须附在投标文件中，查询日期不得早于招标公告发布之日）。</p>
13	谈判有效期	自响应文件提交截止时间起 <u>60</u> 日历天
14	投标答疑	供应商应在开标前 3 日将需解答的内容以书面形式（加盖单位公章）递交给采购人
15	构成谈判文件的其他材料	谈判文件补充文件、澄清、修改、答疑。 当谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准
16	招标控制价	<p>本项目设招标控制价大写：人民币壹佰叁拾万元整</p> <p>小写：1300000 元</p> <p>供应商投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标按废标处理。</p>
17	报价币种	全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。



18	签字或盖章要求	谈判响应文件由供应商的法定代表人或授权委托人电子签章和企业电子签章。
19	谈判响应文件份数	加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）
20	谈判响应文件的递交	供应商必须在谈判时间前提供加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）
21	谈判时间和地点	谈判时间：同投标截止时间 谈判地点：本项目采用“远程不见面”开标方式,通许县政务服务中心4楼第一开标室（通许县裕丰路西段南侧）。
22	谈判程序	1. 招标人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行开标。 2. 投标人须在规定的时间内完成解密，若出现非系统原因无法解密的，不再参与开评标。 3. 开标程序 (1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到通许县政务服务中心4楼开标室（通许县裕丰路西段南侧）现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟,错过解密时长者视为自动放弃本次投标）； (2) 开标后投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密(40分钟解密时间)； (3) 所有投标人解密完成后或已到规定解密时间,开始唱标； (4) 唱标完毕后(5分钟质疑期),无投标人提出异议,开标结束。
23	谈判小组的组建	谈判小组成员：采购人代表1人,有关经济、技术方面的专家2人,共3人组成。评审专家从省级相关专家库中随机抽取。
24	是否授权谈判小组确定成交人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否,推荐的成交候选人数： <u>3</u> 名。
25	评标办法	最低评标价法
26	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。

27	成交人公布媒介	《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》 《开封市公共资源交易信息网》
28	签订合同	成交人应在《成交通知书》发出后 <u>7</u> 个工作日内，根据谈判文件和成交人的谈判响应文件与采购人签订合同。
29	履约保证金金额	履约保证金形式：保函或保险等非现金形式转入 履约保证金金额：中标价的 5%。 供货验收合格后，向中标人退还履约保证金。 财务部电话：0371-22305012
30	保证金	根据汴财购(2019)2 号文规定：自 2019 年 6 月 1 日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。
<b>需要补充的其他内容</b>		
1	成交服务费	招标代理服务费按照中标价的 1.5%向中标人收取，税金另计。
2	电子响应文件	<p>1、供应商应在谈判开始时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子响应文件，并由供应商的法定代表人电子签章和企业电子签章。</p> <p>2、请供应商在上传电子谈判响应文件时认真检查上传谈判响应文件是否完整、正确。</p> <p>3、请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送消息。</p> <p>4、加密电子谈判响应文件逾期上传，采购人不予受理。</p> <p>5、 投标人应按谈判程序解密电子谈判响应文件。</p> <p>备注：供应商的电子谈判响应文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子谈判响应文件（具体操作程序详见 <a href="http://www.kfsggzzyjyw.cn">http://www.kfsggzzyjyw.cn</a> 办事指南-操作规程）；供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子谈判响应文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： <b>0371-23859291</b>。</p>
3	其他说明	1. 供应商应独立制作、修改和上传谈判响应文件，并承担

		<p>因“硬件特征码一致”，所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。</p> <p>2. 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。</p> <p>3. 各供应商需对其响应文件中所附材料的真实性负责，对此产生的后果由供应商自行承担。</p>
4	政府采购政策	<p style="text-align: center;"><b>一、政府采购政策</b></p> <p>1、中小企业。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号:关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》；格式见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》附件。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、关于监狱企业</b></p> <p><b>1、政府采购政策</b></p> <p>财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）</p> <p>关于监狱企业：视同小微企业。</p> <p><b>2、附证明材料</b></p> <p>提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。</p> <p style="text-align: center;"><b>三、关于促进残疾人就业的政府采购政策</b></p> <p><b>1、政府采购政策</b></p> <p>关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）</p> <p>关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p><b>2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）</b></p> <p style="text-align: center;"><b>四、财办库【2020】123号关于印发《商品包</b></p>

		装政府采购需求标准（试行）、《快递包装政府 采购需求标准（试行）》的通知
--	--	---

附件 1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，不适用者可不提供）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业电子签章）：

年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件 2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，不适用者可不提供）：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业电子签章）：

日 期：

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.6 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.1.7 本项目交货期限：见供应商须知前附表。

1.1.8 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.9 本项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.1.10 本项目采购内容：具体服务内容详见第五章“采购内容及技术参数”。

## 1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本招标项目相关的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见供应商须知前附表。

1.2.2 供应商不得存在下列独情形之一：

(1) 为投标人不具有立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(3) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(4) 与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(5) 与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(6) 被责令停业的；

(7) 被暂停或取消投标资格的；

(8) 财产被接管或冻结的；

(9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

## 1.3 费用承担

投标人准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。

#### 1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.5 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.7 投标预备会

不召开。

#### 1.8 偏离

不允许有重大偏离。

## 2. 谈判文件

### 2.1 谈判文件的组成

2.1.1 本谈判文件包括：

- (1) 谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 谈判办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购内容及技术参数；
- (6) 谈判响应文件格式；
- (7) 政府采购政策

2.1.2 根据本章第 14、15 款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

### 2.2 谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对谈判文件予以澄清。

2.2.2 谈判文件的澄清将以书面形式发给所有购买谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的谈判时间不足 3 天，并且不能满足供应商在投标截止时间前完成编制谈判响应文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。



2.2.3 供应商在收到澄清后，应在规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

## 2.3 谈判文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改谈判文件，并通知所有已购买谈判文件的供应商。但如果修改谈判文件的时间距谈判时间较短，并且修改内容影响谈判响应文件编制的，将相应延长谈判时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 谈判响应文件

### 3.1 谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包括下列内容：

- 一、谈判函
- 二、谈判函附录
- 三、法定代表人资格证明书
- 四、法定代表人授权委托书
- 五、谈判人资格审查资料
- 六、项目采购承诺
- 七、货物分项报价表
- 八、技术规格偏差表
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、谈判文件要求的其它材料及谈判人认为有必要提供的材料

### 3.2 报价

3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2 供应商应在谈判响应文件中按项目要求填写报价，谈判响应文件中的报价为第一次报价，供谈判小组评审和谈判时参考，不公开，不作为成交的依据，在谈判后按规定填写的最后报价为成交的依据，在项目评审结束后公开。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有投标控制价，投标控制价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价币种：除特别约定外，均采用人民币进行报价。

### 3.3 谈判有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，谈判有效期详见供应商须知。

3.3.2 在谈判有效期内，供应商撤销或修改其谈判响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，可以延长，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4 资格审查资料

3.4.1 资格要求：见供应商须知前附表中的“供应商资格要求”。

供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将扫描件附到谈判响应文件中。

### 3.5 谈判响应文件的编制

3.5.1 谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 谈判响应文件应当对谈判文件有关供货期/服务期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、谈判范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 谈判响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章加盖骑缝章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

## 4. 谈判响应文件的递交

4.1 供应商必须在谈判时间前提供加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）

## 5. 谈判会议

### 5.1 谈判时间和地点

见供应商须知前附表。

### 5.2 谈判程序

(1) 主持人点击“开标”，解密开始倒计时。

(2) 供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密。

(3) 解密时间结束后 5 分钟质疑时间, 无供应商提出异议，开标结束。

### 5.3 谈判会议异议

供应商对谈判会议有异议的，应当在现场提出，采购人及谈判小组应及时作出答复，并制作记录。

## 6. 谈判

### 6.1 谈判小组

6.1.1 谈判由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商主要负责人的近亲属；
- (2) 与供应商有经济利益关系；
- (3) 与供应商有其他利害关系。

### 6.2 谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学的原则。

### 6.3 谈判

谈判小组按照第三章“谈判办法”规定的方法、因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审、谈判。依据统一的价格要素评定最低报价，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

### 7.2 成交人公布

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布成交人。

### 7.3 成交通知

在谈判有效期内，采购人确定成交人后，以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。详见供应商须知前附表。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 履约保证金的形式：甲乙双方约定。

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内（供应商须知前附表或成交通知书另有规定者从其规定），根据谈判文件和成交人的谈判响应文件订立书面合

同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

### 8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

### 8.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

### 8.5 质疑

供应商认为谈判采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以线上方式向采购人提出质疑。

根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：  
递交质疑或投诉的方式：

1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”）

2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询）

### 8.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

### 第三章 谈判办法

本项目评标办法采取最低价法

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		谈判函签字盖章	符合谈判文件格式签字盖章要求
		谈判响应文件格式	符合第六章谈判文件格式的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价，且不得超出控制价。
2.1.2	资格 评审标准	营业执照	符合第二章“供应商须知”规定
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	符合第二章“供应商须知”规定
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	符合第二章“供应商须知”规定
		法律、行政法规规定的其他条件	符合第二章“供应商须知”规定
		重大违法记录	符合第二章“供应商须知”规定
		信用查询	符合第二章“供应商须知”规定
2.1.3	响应性 评审标准	采购内容	符合谈判文件要求
		交货期限	符合谈判文件要求
		质量要求	符合谈判文件要求
		质保期	符合谈判文件要求
		投标有效期	符合谈判文件要求
		投标报价	不高于招标控制价
		技术要求	符合竞争性谈判文件采购要求的规定,且不允许有负偏离

报价谈判程序（初步评审合格的谈判人进入报价谈判部分）

2.2.1	最后 报价	1、谈判共分二次进行：响应文件中的内容为第一次谈判内容，谈判小组将根据第一次谈判的内容确定谈判人参加第二次谈判，第二次谈判内容为最终谈判内容，所有参加第二次谈判（最终）的谈判人在规定时间内递交二次报价（最终报价函），谈判小组按二次报价（最终报价函）报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。 2、最后报价高于最高限价的为无效响应文件。 3、供应商不得恶意竞争低于成本报价。谈判小组发现供应商的报价明显低于其他报价，可能低于其成本的，谈判小组应当对其报价是否低于成本价提出疑问，要求其在规定的时间内以书面形式予以解释说明或提交证明材料；不能合理说明或提交有力证明材料者，谈判小组可根据项目实际情况及市场行情认定为无效响应文件。
-------	----------	---

## 1、谈判方法

谈判小组对满足谈判文件实质性要求的谈判响应文件，按照本章规定的进行评审，并按要求推荐成交候选人，但谈判报价低于其成本的除外。谈判按照先初步评审、再商务谈判报价，初步评审不合格的，不参与商务谈判报价的评审。

## 2、评审标准

### 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见谈判办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见谈判办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见谈判办法前附表

### 2.2 谈判内容与评审标准

- 2.2.1 报价谈判：见谈判办法前附表；

## 3、谈判程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 谈判小组依据本章第 2.1 款至 2.3 款规定的标准对谈判响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 有下列情形之一的，谈判小组应当否决其谈判：

- (1) 谈判响应文件未经投标单位盖章和单位负责人签字或授权委托人签字；
- (2) 按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (3) 谈判人递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同

一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按谈判文件规定提交备选谈判方案的除外；

- (4) 联合体谈判未附联合体各方共同谈判协议的（本项目不适用）；
- (5) 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；
- (6) 谈判响应文件载明的招标项目完成期限超过谈判文件规定的期限；
- (7) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
- (8) 谈判响应文件附加有采购人不能接受的条件；
- (9) 谈判人以他人的名义谈判、串通谈判、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响谈判公正性的不正当手段的；
- (10) 谈判报价超出谈判最高限价或招标控制价的；
- (11) 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的；
- (12) 谈判行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。
- (13) 投标有效期及质量要求未响应谈判文件的。

3.1.3 谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经谈判人书面确认后具有约束力。谈判人不接受修正价格的，其谈判作废标处理。

- (1) 谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 二次报价（最终报价）

- 3.2.1、谈判小组所有成员集中与通过初步评审的谈判响应人分别进行谈判；
- 3.2.2、谈判小组将要求所有谈判响应人在规定的时间内进行第二次报价（最终报价）；
- 3.2.3、谈判小组将推荐符合本次谈判项目需求、质量和服务相等且报价合理最低的作为第一成交候选人，如报价相等，则先以公司实力（注册资本，企业资质等）高的为优先，如报价相等且技术响应标准相同的则以承诺标准高的优先作为第一成交候选人。

### 3.3 谈判响应文件的澄清和补正

3.3.1 在谈判过程中，谈判小组可以书面形式要求谈判人对所提交谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受谈判人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。谈判人的书面澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。



3.3.3 谈判小组对谈判人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求谈判人进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

#### **4、谈判结果**

4.1、由谈判小组评选出三名成交候选单位；

4.2 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按最后报价从低到高的顺序对供应商进行排序，并按顺序推荐 3 名成交候选人。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

4.3 谈判小组完成谈判后，向采购人提交书面谈判报告。

## 第四章 合同条款及格式

可与采购人协商签订。

政府采购合同（参考文本）

注释：

本《政府采购合同》格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同编号：

甲方（采购人）： 住所地：

乙方（中标人）： 住所地：

合同签订地点： 签订日期： 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方招标结果（项目名称：\_\_\_\_\_，项目编号：\_\_\_\_\_）签订本合同。

**第一条：合同标的** 乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物（或服务项目的服务范围与内容），包括产品主机、随机备品备件及专用工具等：

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	数量 单位	单 价	总 价	服务期限

合同总金额（大写）人民币（¥：）

**第二条：合同总价款** 本合同项下货物（服务）的总价款为人民币（大写）：（¥：\_\_\_\_\_）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

**第三条：组成本合同的有关文件** 本项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他

文件的关系而定。

**第四条 权利保证** 乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

#### **第五条 质量保证**

1、乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

#### **第六条 包装要求**

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

#### **第七条 交货和验收**

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：\_\_\_\_天，从\_\_\_\_\_计算。

3、乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在到货后的\_\_\_\_\_日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的\_\_\_\_\_日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

#### **第八条 伴随服务及售后服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试及启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、货物中若包含电脑产品则由乙方提供至少一年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于 1 年（请分别列出：）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、免费保修期：\_\_\_\_\_，保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、货物故障报修的响应时间为：\_\_\_\_\_小时。

3.5、若货物故障在检修小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

## **第九条 履约保证金**

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

## **第十条 货款支付**

1、付款方式（方式）。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。如合同项下的采购资金系财政拨款，则出具经甲方盖章确认的发票复印件、经甲方签署的验收单、合同副本等材料，按付款方式约定申请拨付款项。

## **第十一条 违约责任**

1、甲方无正当理由拒绝接收货物（服务）、拒付货物（服务）款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付\_\_\_\_\_滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能按约定交付货物（服务），或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，并扣除其履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 % 的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付\_\_\_\_\_滞纳金。如乙方逾期交货达\_\_\_\_\_天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金\_\_\_\_\_元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

**第十二条 合同的变更补充，终止及转让** 除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理委员会审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

### **第十三条 不可抗力**

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

### **第十四条 争议的解决**

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### **第十五条 合同生效及其他**

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各执贰份，开封市政府采购监督管理办公室贰份，均具有同等法律效力。

甲 方：	乙 方：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
年月日	年月日

## 第五章 货物需求及技术规格要求

设备名称	数量
新生儿辐射保暖台（新生儿抢救台）	2 台
急救药品柜或车（内放急救设备药品）	10 个
超声多普勒胎儿心率设备（超声多普勒胎儿心率仪、多普勒胎儿心音仪）	10 个
超声多普物胎儿监护设备（母婴监护系统）	1 台
床旁监护系统（心电、血压、脉搏、血氧饱和度、有创压力监测模块）	2 台
微电脑电动注药泵（输液泵）	2 个
微量注射泵	2 台
数字化摄影 X 射线机	1 台
新生儿暖箱	3 台
新生儿经皮黄疸测试仪	3 台

## 新生儿辐射保暖台（新生儿抢救台）技术参数

- 1、工作电源：AC220V/50HZ
- 2、输入功率： $\leq 600\text{VA}$
- 3、控温方式：预热、手控、肤温三种控制
- 4、肤温控温范围： $32^{\circ}\text{C}\sim 37.5^{\circ}\text{C}$
- 5、肤温显示范围： $5^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$
- 6、控温精度： $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$
- 7、★皮肤温度传感器精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 内
- 8、床面温度均匀性： $\leq 2^{\circ}\text{C}$
- 9、辐射箱水平角度： $0^{\circ}\sim 90^{\circ}$  双向转动
- 10、婴儿床倾斜角度：三档可调
- 11、APGAR 评分计时：运行至  $50''\sim 1'$ 、 $4' 50''\sim 5'$ 、 $9' 50''\sim 10'$  时发出声光提示
- 12、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

## 急救药品柜或车（内放急救设备药品）技术参数

1. 采用容易识别的色系，符合急救通用标准，每个抽屉分别依据颜色标识分隔；
2. 巧妙的梯形防撞设计，能有效保护抽屉的使用；
3. 依据人体工程力学 ABS 一体化把手，与车体高度融合，推行轻松，省力；
4. 隐藏式 ABS 副工作台，有效延展工作台面使用空间；
5. 旋转式除颤仪金属托盘，可调整旋转角度；
6. 大容量 ABS 上开合式垃圾桶；

## 超声多普勒胎儿心率设备（超声多普勒胎儿心率仪、多普勒胎儿心音仪）技术参数

- 1、监护参数：胎心率（FHR）
- 2、显示方式：数字显示
- 3、超声工作频率：2MHz，灵敏度 $\geq 90\text{db}$
- 4、胎心率检测范围：50-210bpm
- 5、主机内置电池：可充电锂离子电池
- 6、自动报警功能：具有
- 7、电池连续工作时间：大于 10 小时
- 8、综合灵敏度： $\geq 90\text{db}$
- 9、自动关机：无信号、无按键操作时，5 分钟后自动关机
- 10、工作指示：开机进入工作状态时为绿色。有胎心信号时，随着胎心率数值闪烁，当胎心率数值在 110~160bpm 之间时，该指示灯为绿色，反之为红色

## 超声多普勒胎儿监护设备（母婴监护系统）设备参数

1. 全新高精度模块，测量参数精度高、质量可靠，性能稳定。
2. 高亮度高分辨 12.1 英寸彩色 TFT 液晶显示。
3. 旋转飞梭操作方式，中英文标识按键，易学易用操作简便直观。



4. 全导联七通道同步显示心电。
5. 多种显示界面：单导、标准、大字体、全导联、趋势图表共存。
6. 全新铝合金内部结构设计具有良好的抗震性，满足移动环境使用。
7. 采用全新的数字血氧技术，对弱灌注和手指抖动时测量更精确。
8. ST 段自动检测，心律失常分析，药物浓度滴表分析。
9. 全新的全隔离浮地设计，抗除颤抗高频电刀干扰，满足手术室、病房等恶劣环境中使用。
10. NIBP 双重过压保护温漂控制等多项技术，确保精度测量，保护患者安全。
11. 强大的存储能力，全程全参数趋势图表数据，心电波形存储回放，掉电保存功能。
12. 自动声光双重报警，可任意设定报警上下限。
13. 无风扇设计、无尘、低功耗、提高仪器使用寿命。
14. 机体轻盈坚固，便于携带，适用于成人、儿童、新生儿、腹中胎儿。
15. 支持有线、无线联网功能，支持软件在线升级。
16. 选配内置可拆卸充电锂电池，交直流两用，轻便、节能环保。
17. 内置双通道热阵记录仪，实时打印波形和图标。
18. 广泛适用于医院各科室病房床旁监护、ICU/CCU、手术室、产前监护室、急救中心、家庭监护等。
19. 可选配壁挂支架、移动支架、出诊背包。

## **床旁监护系统（心电、血压、脉搏、血氧饱和度、有创压力监测模块）技术参数**

1. 全新高精度模块，测量参数精度高、质量可靠，性能稳定。
2. 高亮度高分辨 12.1 英寸彩色 TFT 液晶显示。
3. 全导联七通道同步显示心电。
4. 多种显示界面：单导、标准、大字体、全导联、趋势图表共存。
5. 全新铝合金内部结构设计具有良好的抗震性，满足移动环境使用。
6. 采用全新的数字血氧技术，对弱灌注和手指抖动时测量更精确。
7. ST 段自动检测，心律失常分析，药物浓度滴表分析。
8. 全新的全隔离浮地设计，抗除颤抗高频电刀干扰，满足手术室、病房等恶劣环境中使用。
9. NIBP 双重过压保护温漂控制等多项技术，确保精度测量，保护患者安全。
10. 强大的存储能力，全程全参数趋势图表数据，心电波形存储回放，掉电保存功能。
11. 自动声光双重报警，可任意设定报警上下限。
12. 无风扇设计、无尘、低功耗、提高仪器使用寿命。
13. 机体轻盈坚固，便于携带，适用于成人、儿童、新生儿。
14. 支持有线、无线联网功能，支持软件在线升级。
15. 选配内置可拆卸充电锂电池，交直流两用，轻便、节能环保。
16. 可选配内置双通道热阵记录仪，实时打印波形和图标。
17. 广泛适用于医院各科室病房床旁监护、ICU/CCU、手术室、急救中心、家庭监护等。

## **微电脑电动注药泵（输液泵）技术参数**

- 1 **输液模式**: 毫升/小时、总量/时间、滴/分钟和药物库四种输液模式
- 2 **输液器规格**: 专用或标准一次性输液器 (20 和 60 滴/毫升, 管径 3.4~4.5mm)
- 3 **流速设定范围**: 1.0ml/h~1200ml/h
- 4 **流速增量**: 1.0-100ml/h 以 0.1ml/h 递增; 100-1200ml/h 以 1ml/h 递增
- 5 **输液精度**:  $\leq \pm 5\%$  (标准输液器经校准后)
- 6 **预置量设定范围**: 0.1~9999.9 ml
- 7 **累计量显示范围**: 0~9999.9 ml
- 8 **时间设置**: 1 分钟~>99 小时 00 分钟
- 9 **快排速度**: 600ml/h, 并显示已快排量
- 10 **KVO 流速**: 1.0ml/h~5ml/h, 可调
- 11 **按键功能**: 全数字按键
- 12 **BOLUS 功能**: 具有首次 (丸) 剂量功能, 流速可任意设定
- 13 **夜间功能**: 启动夜间模式, 输液后 5 分钟无操作, 屏幕自动减低亮度
- \*14 **阻塞压力检测**: 专用的上、下管路双压力传感器检测, 检测范围: 40KPa~130KPa, 灵敏度 8 档可调, 动态显示压力值变化情况
- \*15 **气泡检测**: 超声波气泡检测, 可检测  $> 50 \mu\text{l}$  的气泡, 灵敏度分 8 档可调
- 16 **音量**: 按键音量和报警音量 8 档可调
- 17 **防电机反转功能**: 防电机反转装置, 实时监测步进电机的运行方向, 防止反向抽液
- 18 **输液器管理及校准**: 具有多品牌输液器输入、贮存功能, 经校准后可任意选用
- 19 **机器自检功能**: 开机自检及输液过程中实时自检
- 20 **报警**: 气泡、上管路堵塞、下管路堵塞、门开、输液完成、暂停超时、  
电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、交流电断开、电机错误、  
泵错误、输液参数错误、系统错误、通讯错误、输液器未校准、气  
泡传感器错误
- 21 **显示**: 3.2 英寸高清亮蓝色 LCD 点阵显示
- 22 **交流电源**: 交流: 100V~240V, 50Hz/60Hz, 最大功耗: 25VA
- \*23 **内置电池**: 充电锂电电池, DC11.1V, 3000mAh; 速度不大于 25ml/h, 工作  
时间:  $\geq 8$  小时, 实时检测电池电量并显示

## 微量注射泵参数

- 注射模式**: 恒速、时间/总量、药物体重、微量、可编程五种注射模式
- 注射器规格**: 5ml、10ml、20ml、30ml、50ml, 自动识别
- 注射速度设定范围**: 5ml 注射器: 0.10ml/h~60.00ml/h  
                           10ml 注射器: 0.10ml/h~300.00ml/h  
                           20ml 注射器: 0.10ml/h~400.00ml/h  
                           30ml 注射器: 0.10ml/h~600.00ml/h  
                           50ml 注射器: 0.10ml/h~1200.00ml/h
- 速度增量**: 0.01ml/h
- 时间设置**: 5 秒~99 小时
- 注射过程参数修改**: 支持在运行过程中修改预置量、速度
- 注射流速精度**:  $\leq \pm 2\%$  (包括注射泵的机械精度  $\pm 1\%$ )
- 预置量设定范围**: 0.10-9999.99ml 及推空

**累计量显示范围：**0.00-9999.99ml

**快排速度：**5ml 注射器：30~60ml/h

10ml 注射器：150~300ml/h

20ml 注射器：200~400ml/h；

30ml 注射器：300~600ml/

50ml 注射器：600~1200ml/h

**Bolus 速度范围：**5ml 注射器：0.10ml/h~60.00ml/h

10ml 注射器：0.10ml/h~300.00ml/h

20ml 注射器：0.10ml/h~400.00ml/h

30ml 注射器：0.10ml/h~600.00ml/h

50ml 注射器：0.10ml/h~1200.00ml/h

**KVO：**0.10 ~5.00ml/h 可调

**阻塞压力检测：**专用压力传感器，20Kpa~150Kpa，灵敏度 8 档可调，动态显示压力值

**报警：**注射完成、接近完成、注射将空、注射器已排空、阻塞、注射器脱落、遗忘操作、参数错误、注射器错误、电池电量低、电池耗尽、网电源脱落、注射异常、启动注射失败、通讯错误、注射完成！KVO

## 数字化摄影 X 射线机技术参数

### 一 数字化医用 X 射线摄影系统

1 设备尺寸 $\leq 630\text{mm} \times 580\text{mm} \times 1000\text{mm}$

2★ 输出功率 $\leq 1000\text{W}$

3 管电压调节范围：50kV~90kV，步长为 1kV

4 最小 mAs $\leq 0.1\text{mAs}$

5 最大 mAs $\geq 50\text{mAs}$

6 阳极热容量 $\geq 45\text{KHU}$

7 焦点尺寸 $\leq 0.5\text{mm}$

8 平板探测器材料：CsI

9 成像区域 $\geq 290\text{mm} \times 200\text{mm}$

10 像素尺寸 $\leq 140\mu\text{m}$

11 空间分辨率 $\geq 3.4\text{lp/mm}$

12 A/D 转换位数 $\geq 16\text{bit}$

13 成像时间 $\leq 6.5\text{s}$

14 投照架的 X 射线管的焦点到影像接收面 $> 700\text{mm}$

15 智能摆位实时监控及手部定位系统：方便医生实时监控受检者的手部摆位，并呈现手部示意图，方便患儿摆放

16 智慧语音摆位导引系统：当准备开始拍摄后，系统自带卡通提示音指导儿童如何手部摆位，缓解儿童紧张心情，同时减轻医生重复工作负担

- 17 在平坦的水泥地面上，可被置于任何位置正常使用，提供轮锁或制动系统来避免来自外力的非预期的运动
- 18 整机重量 $\geq 130\text{kg}$
- 19 具有数字通讯接口，可与数字化成像系统软件集成
- 20 同步方式：具备 AED（X 线自动触发）的方式
- 21 提供具有智能骨龄诊断功能的数字影像采集工作站
- 22 硬件要求：8G 内存，512G 硬盘，千兆网卡；软件要求：64 位 Win10 系统
- 23 具备隔室操作功能
- 24 具备一次成像无需裁剪技术

## 二 射线防护装置

- 1 射线防护装置为防护箱结构，能提供六面全方位防护。具有降低辐射剂量，减少 x 光辐射的低剂量骨龄测试功能模块。
- 2 设备 5cm 处辐射 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$ ，符合《GBZ130-2020 放射诊断放射防护要求》
- 3★ 设备整机自带万向移动轮，方便推行到不同场景下操作使用

## 三 软件功能

- 1 软件具备权限管理、患者登记、曝光控制、图像处理、胶片打印、报告管理等功能
- 2 操作界面：中文及骨龄专用操作界面
- 3 患者登记：包含本地登记、Worklist 网络检索
- 4 影像处理：鼠标右键亮度/对比度的调整、ROI、注解、标注、比例尺、灰度条、旋转、翻转、缩放、裁剪、平移、测量
- 5 胶片打印：多页打印、图像的处理、页面分割、打印尺寸等方面的设置
- 6 报告管理：具备图文诊断报告编辑、存储功能，看图及编辑报告可同时进行
- 7 符合国际标准 DICOM3.0 协议
- 8 支持分屏显示
- 9 智能体检快筛系统：提供受检人员体检信息的批量导入和导出

## 四 可配骨龄与生长发育评价软件

- 1 符合现行的骨龄国家行业标准
- 2 采用适合当代中国正常儿童的身高预测方法
- 3 具备国际通用的儿童身高预测方法，满足骨龄和身高、体重等生长发育指标综合评价与纵向跟踪评价
- 4 具有全面的生长学数据分析和评价、至少包括身高体重与 BMI 评价、遗传因素评价等
- 5 智能化诊断功能：软件具有自动计算功能，对患者体格发育状况形成评价

- 6 评价报告须包含靶身高百分位数，体重体型评价、诊断结论、建议及身高管理方案等内容，
- 7 标配 $\geq 2$ 种不同生长发育报告模板，可根据临床需要自行选择
- 8 采用基于 TW3 的智能骨龄评价软件系统，对尺骨、桡骨等 10 个以上手掌部关键部位进行评价，并自动计算骨龄值。骨龄评价软件系统与工作站拍摄软件集成在同一套平台内，方便医生操作

## 新生儿暖箱技术参数

- 1、工作电源：AC220V/ 50HZ
- 2、输入功率： $\leq 850\text{VA}$
- 3、控温方式：箱温控制
- 4、控温范围： $25^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$ （选配 $> 37^{\circ}\text{C}$ 温度跨越模式设置时，可以设置到 $39^{\circ}\text{C}$ 。）
- 5、箱温显示温度范围： $5 \sim 65^{\circ}\text{C}$
- 6、升温时间： $\leq 30\text{min}$
- 7、培养箱温度与平均培养箱温度之差： $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$
- 8、平均培养箱温度与控制温度之差： $\leq \pm 1.0^{\circ}\text{C}$
- 9、温度均匀性（床垫处于水平位置）： $\leq 0.8^{\circ}\text{C}$
- 10、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）： $\leq 1.0^{\circ}\text{C}$
- 11、婴儿床倾斜角度：无级可调
- 12、婴儿舱内噪声： $\leq 45\text{dB (A)}$ （稳定温度状态下）
- 13、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等
- 14、重量显示精度： $\pm 1\%$ （配置称重装置时）

## 新生儿经皮黄疸测试仪技术参数

- 1、测量方式：蓝、绿光比较
- 2、精密度(重复性): $< 2\%$
- 3、测量精度： $\pm 1\text{mg/dl}$  或  $\pm 17 \mu\text{mol/L}$
- 4、测量范围： $0.0 \sim 25.0\text{mg/dl}$  或  $0.0 \sim 425 \mu\text{mol/L}$
- 5、光源：氙闪光灯
- 6、显示：液晶显示带背光
- 7、单位： $\text{mg/dl}$ ， $\mu\text{mol/L}$ (可随时切换)
- 8、数值：3 位数字直接读取，无需对照表换算
- 9、平均值计算：自动计算 2-5 次的平均值，当前值和平均值同时显示
- 10、快速充电：充电时间 $\leq 1.5$  小时
- 11、测量次数：一次充电可测量 1000 次以上

- 12、校验盘：对白色屏显示 0.0 或 0.1, 对黄色显示  $20.0 \pm 1$
- 13、无操作自动休眠和自动关机功能
- 14、紫外线滤除功能，避免对婴儿皮肤的伤害(要求提供权威部门相关证明)
- 15、投标产品需通过 ISO9001 和 ISO13485 质量管理体系认证

## 第六章 谈判响应文件格式

(项目名称)

# 谈判响应文件

项目编号：

供应商：（企业电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、谈判函
- 二、谈判函附录
- 三、法定代表人资格证明书
- 四、法定代表人授权委托书
- 五、谈判人资格审查资料
- 六、项目采购承诺
- 七、货物分项报价表
- 八、技术规格偏差表
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、谈判文件要求的其它材料及谈判人认为有必要提供的材料



## 一、谈判函

(招标人名称)：\_\_\_\_\_

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) 谈判文件的全部内容，愿意以人民币(大写)：\_\_\_\_\_小写：\_\_\_\_\_元的谈判报价，按合同约定完成本项目，交货期限：\_\_\_\_\_，质量：\_\_\_\_\_。

2. 如我方中标：

- (1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
- (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
- (3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。
- (4) 我们愿按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)

投 标 人：\_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

年 月 日

## 二、谈判函附录

项目名称	
谈判人名称	
谈判报价	大写： 小写：
采购内容	
质量	
供货时间	
谈判有效期	
其它补充说明	

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

### 三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：（签字）性别：年龄：职务：

系（投标单位）的法定代表人。为签署此投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

**此处附：法定代表人身份证并加盖公章**

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

#### 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（谈判人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署此已递交的（项目名称）投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的投标文件内容我均承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

**此处附：法定代表人和授权委托人身份证并加盖公章**

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

委托人联系电话（手机号）：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

### 五、谈判人资格审查资料

投标人名称						
注册地址			邮政编码			
联系方式	联系人		电 话			
	传 真		网 址			
组织结构						
法定代表人 (单位负责人)	姓 名		技术职称		电话	
技术人员	姓 名		技术职称		电话	
成立时间						
营业执照号			高级职称人员			
注册资金			中级职称人员			
开户银行			初级职称人员			
账号			技 工			
经营范围						
备注						

附企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）等相关证件

## 六、项目采购承诺书

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

本承诺书作为我公司（投标单位全称）参加（项目名称）投标文件不可分割的一部分。我公司做为参加本次项目的投标供应商，郑重作如下承诺：

1、我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。

2、我方将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的服务期限保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合谈判文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3、如无法按我方承诺期限如期供货，对招标人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；

4、招标人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成服务期限超出我方承诺期限的，同时愿承担合同约定的违约责任；

5、我方提供的产品如不能满足谈判文件要求的，招标人有权拒绝接收；

6、如评标委员会确定我方为本项目的中标人，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、帐户无法正常使用等）不得放弃中标资格。

7、我方已详细阅读了本谈判文件，保证可以完全响应该谈判文件中所有要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日



## 八、技术规格偏差表

项目名称：

序号	设备或产品名称或 条款号	技术参数及要求		偏差（有或 无）	描述（若有偏 差，须描述）	备注
		招标文件	投标文件			
1	设备或产品名称					
	.....					
2	设备或产品名称					
	.....					
	.....					

注：投标人应对照招标文件第五章“货物需求及技术规格要求”的要求，逐条说明所提供货物是否已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期： 年 月 日



## 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托人)：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 十、谈判文件要求的其它材料及谈判人认为有必要提供的材料

### 1. 承诺书

我公司承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托人)：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

### 2、谈判人认为有必要提供的材料

## 第七章 政府采购政策

政府采购政策、采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

### 一、政府采购政策

1、中小企业。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号:关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》；格式见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》附件。

评标价格要素	价格折扣幅度
中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位	20%

### 二、关于监狱企业

#### 1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

关于监狱企业：视同小微企业。

#### 2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

### 三、关于促进残疾人就业的政府采购政策

#### 3、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）

附件 1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，不适用者可不提供）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

3. （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业电子签章）：

年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可

附件 2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，不适用者可不提供）：

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业电子签章）：

日 期： 年 月 日